

1、产品名称：水性聚氨酯避孕套

2、产品质量符合：浙械注准 20182660242

3、结构与组成

产品为薄膜套状物，套筒部分为平面型；其开口端为卷边，头部有储精囊。

4、产品材质和成份

由水性聚氨酯胶乳制成，辅料为硅油符合《中国药典》2015版要求。

5、型号/规格：

光面 W55mm，避孕套表面无凸起颗粒，宽度为 $55 \pm 2\text{mm}$ 。

6、性能指标

6.1 长度 $\geq 160\text{mm}$ ，应符合 GB7544-2009 中 5.3.1 的要求。

6.2 宽度： $55 \pm 2\text{mm}$ ，应符合 GB7544-2009 中 5.3.2 的要求。

6.3 厚度： $0.02-0.0299\text{mm}$ 。

6.4 未处理的避孕套爆破体积和压力

爆破压力应不小于 2.5kpa ，爆破体积应不小于：

—— 5.0dm^3 ，避孕套宽度小于或等于 49.0mm ；且小于 52.0mm ；

—— 6.0dm^3 ，避孕套宽度大于或等于 52.0mm ；且小于 56.0mm ；

—— 7.0dm^3 ，避孕套宽度大于或等于 56.0mm ，应符合 GB7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法》。

6.5 针孔

按 GB7544-2009 附录 L 针孔试验中的第一种方法(L.2 漏水试验)进行试验，结果应符合 GB7544-2009 中 8 的要求。

7、包装规格：单只为碟形装，6 只/盒。