

采购需求

1、项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

2、招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

采购明细：

序号	名称	单位	参数	数量
1	防护服	套	1. 尺码：3XL 2. 电荷密度 1.2uc/m 3. 摩擦压力 < 300v 4. 防尘率 92%-95%	40
2	防护眼镜	套	1. 防尘，防冲击 2. 镜片采用 pc 材质 3. 高透光	40
3	防护面罩	个	1. pc 材质面屏 2. 侧翼环抱式加宽延申，防止物理飞溅伤害。	40
4	三门药品阴凉柜	个	1、容积：1860L 2、外形尺寸：1860*760*2130mm 3、自动除湿、除霜 4、智能温控，温度湿度双控双显 5、温度异常报警，实时监测	6

5	处置室工作台	个	1. 尺寸: 750*800 mm 2. 台面面板: 采用 12.7mm 厚实芯理化板台面, 可抵抗 105 种酸, 碱。强氧化剂等腐蚀试剂。柜体采用 E1 环保级三聚氰胺双面饰面板并用 PVC 封边条, 以热熔胶高温热压厚作防水封边处理。	1
6	就诊床	个	1. 规格: L2160*W970*H480mm 2. 功能: 靠背升降: 0-75° 腿部升降: 0-50°	1
7	清创车	台	1. 尺寸: 600*400*860 mm 2. 优质不锈钢杠棺材弯制而成, 层板抛光磨砂工艺, 带刹车锁定功能, 即刹即停。	1
8	抢救车	台	1. 尺寸: 193*90*64 mm 2. 车体采用优质碳素型钢焊接成型, 表面除锈, 树脂粉末静电喷涂, 全藏式 ABS 护栏, 可完全收于车面之下实现零间隙搬运, 便于车上紧急抢救病人。	1
9	除颤仪	台	采用双相波除颤技术, 可以大大减小除颤时通过心脏电流, 有效减少心肌组织的损伤。自动调正放电电压和放电时间。高性能免维护锂电池, 200 次 360J 放电, LED 灯指示电池剩余电量, 保证在紧急情况下从容应对紧急时间。	1
10	● 供应室高压蒸汽消毒设备	套	灭菌方式: 压力蒸汽, 脉动真空 容积: 301L~500L ★ 夹层和内室材质均使用 304 不锈钢 使用寿命 8 年以上, 并提供相关检测证明材料电子文档	1
11	手术室空气净化装置	套	空气更新率: 8-50 次/h CADR: 4159m ³ /h (洁净空气量) 灭菌率: 100% 功率: 420W 噪音: 58dB 风速: 出风口 1m/s、50cm 外 0.2m/s 适用面积: II 类环境 <100 m ² , III 类环境 <200 m ²	1
12	诊断床	铺	1. 规格: L2160*W970*H480mm 2. 功能: 靠背升降: 0-75° 腿部升降: 0-50°	1
13	防护服	套	1. 尺码: 3XL 2. 电荷密度 1.2uc/m 3. 摩擦压力 <300v 4. 防尘率 92%-95%	30
14	防护眼镜	套	1. 防尘, 防冲击 2. 镜片采用 pc 材质 3. 高透光	30
15	喷雾器	个	16L 容量 PP 材料 不锈钢伸缩喷杆 水泵为铜芯高压回流泵 电池为 8AH12V 免维护铅蓄电池	8

16	防护面罩	个	1. pc 材质面屏 2. 侧翼环抱式加宽延申，防止物理飞溅伤害。	20
17	壁挂式胎儿监护仪	台	10.1 英寸宽屏幕彩色高清晰 TFT 翻转屏 多晶片宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪胎心率正常范围区域标识 双胎心率重合报警 (SOV) 多种监护界面可选 25mm/s 高速回放打印 有线/无线联网功能 (支持无线 wifi) 可选配胎儿刺激器 可同步显示和打印胎儿活动图曲线 胎儿曲线自动诊断 可选配双胎监护功能 智能血压延时测量 150/152mm 宽行打印，兼容美国和国际标准 24 小时 CTG 存储和回放 具有胎儿监护专家分析诊断功能 支持台车和挂墙支架 支持内置锂电池	4
18	抢救车	辆	1. 尺寸：193*90*64 mm 2. 车体采用优质碳素型钢焊接成型，表面除锈，树脂粉末静电喷涂，全藏式 ABS 护栏，可完全收于车面之下实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。	1
19	治疗车	辆	1. 尺寸：600*400*860 mm 2. 优质不锈钢杠棺材弯制而成，层板抛光磨砂工艺，带刹车锁定功能，即刹即停。	4
20	电子婴儿体重秤	台	1. 尺寸 57*34.5*19 mm 2. 称量范围：100G-20KG 3. LCD 显示	1
21	新生儿保温台	台	★具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 肤温控温范围：30℃-37℃ ★设计使用寿命 6 年以上 设置温度与皮肤温度分屏显示； 双 CPU 控制系统、独立超温切断装置的重重超温保护； 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有可修正温度功能； 肤温传感器具有脱落保护功能； 婴儿床下可放置 X 光射线拍片盒； 具有温度数据储存功能； 具有 APGAR 评分计时功能； 具有 RS-232 接口； 具有黄疸治疗装置； 具有输氧装置、低压吸引装置；	1

			可放置呼吸复苏（器）囊、婴幼儿头部固定架	
22	产床	张	1. 尺寸：180*60*65 mm 2. 柔软皮革，加厚加粗钢材，三角结构加固，实木床板，防滑脚垫	2
23	干手机	台	240*240*230 mm，电压 220V，防水等级 IPX1，干手时间 12 秒	1
24	无菌柜	个	1. 尺寸：10800*900*250 mm 2. 材质：201 拉丝不锈钢	2
25	感应式医用 洗手池	个	1. 尺寸：2200*600*1800 mm 2. 感应式出水，感应式给皂器，梳妆镜 照明灯	1
26	感应式器械 清洗池	个	1. 尺寸：2200*600*1800 mm 2. 感应式出水，感应式给皂器，梳妆镜 照明灯	1
27	催产引产输 液泵	台	KVO 模式；★60D/min 模式下待机 6H 以上；智能报警	2
28	取环钳	把	属于枪式取环钳，采用 20Cr13 或 30Cr13 不锈钢材料制成，用于夹持宫腔内异物	2
29	抢救车	辆	1. 尺寸：193*90*64 mm 2. 车体采用优质碳素型钢焊接成型，表面除锈，树脂粉末静电喷涂，全藏式 ABS 护栏，可完全收于车面之下实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。	2
30	治疗车	辆	1. 尺寸：600*400*860 mm 2. 优质不锈钢杠棺材弯制而成，层板抛光磨砂工艺，带刹车锁定功能，即刹即停。	2
31	手术床	张	<p>采用电动进口液压传动结构，替代了传统的电动推杆传动技术，实体为摆放更精确，动用速度更均匀、平稳，性能可靠，经久耐用。</p> <p>床面板为可透视材料(背板为碳素纤维)制作，电动水平移动行程为 350mm，给 C 型臂提供精确和方便的定位空间，无需移动病人可进行全身性 X 光透视。</p> <p>液压系统主要部位均采用原装进口部件，整体性能更加卓越。</p> <p>升降、平移、头足倾斜、左右倾斜等各种动作操作由独立的动力系统驱动。</p> <p>高精度的进口直线导轨，保证手术床运行平稳。</p> <p>304 不锈钢材质，底座不锈钢外罩，防刺眼处理，减轻医护人员的眼睛疲劳，方便清洁消毒。</p> <p>科学的底座设计，为 C 型臂留有宽大的活动空间，为施术的医护人员预留有脚部的活动空间，保证手术床在实现各种动作的平衡稳固。</p> <p>手术床底座为大脚轮（直径≥100mm）设计，移动灵活。刹车时脚轮升起，床底座与地面接触牢固，稳定性佳。</p> <p>尺寸：手术床长度：≥2060mm</p>	2

			手术床宽度：≥500mm 床面高度可调范围：≥600mm-950mm 前后倾角度：≥30。 左右倾角度：≥20。 背板折转角度：+80。/-30。 腿板折转角度：+10。/-90。 头板折转角度：+35。/-45。	
32	无菌柜	个	1. 尺寸：10800*900*250 mm 2. 材质：201 拉丝不锈钢	6
33	感应式医用 刷手池	个	1. 尺寸：2200*600*1800 mm 2. 感应式出水，感应式给皂器，梳妆镜 照明灯	1
34	干手机	台	240*240*230 mm，电压 220V，防水等级 IPX1，干手 时间 12 秒	2
35	空气消毒机	台	1. 适用面积：41 m ² (含)-60 m ² (含) 2. 空气净化器风量：400 立方米/小时 3. 工作原理：静电技术 活性炭 负离子 4. 功能：除甲醛 除烟除尘 杀菌 加氧 5. 风量：750 立方米/小时	2
36	手术器械台	台	台面长度和宽度 1980mm*510mm 台面最高和最低尺寸 960mm*700mm 电动液压手术台电压 AC220V，电源频率 50HZ 输入 功率 500VA	1

3、商务条件

3.1 交货期

合同签订后 30 日内交货安装调试完毕，并一次性验收合格。

3.2 交货地点 采购方指定地点

3.3 付款方式

安装验收合格后付至合同价款的 90%，剩余 10%做为质保金，待质保期满后无质量问题一次性无息付清（实际支付日期以财政拨款日期为准）。

3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：自验收合格之日起1 年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更

高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6售后服务

3.6.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2中标人在接采购人通知 1 小时做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”中的政府强制采购节能产品。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。